



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.004.A № 33802/1

Срок действия до 19 декабря 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 301

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Электротехнические заводы  
"Энергомера" (ЗАО "Энергомера"), г. Ставрополь

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 34048-08

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ


ИНЕС.41152.091 Д1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 16 лет - для счетчиков СЕ 301 S3x;  
10 лет - для счетчиков СЕ 301 R3x

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2013 г. № 1498

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

  
Ф.В.Бульгин

№ 24/12 ..... 2013 г.



Серия СИ

№ 013305