



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.004.A № 33803/1

Срок действия до 19 декабря 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 303

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Электротехнические заводы
"Энергомера" (ЗАО "Энергомера"), г. Ставрополь

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 33446-08

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ИНЕС.41152.081 Д1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 16 лет - для счетчиков СЕ 303 S3х;
10 лет - для счетчиков СЕ 303 R3х

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2013 г. № 1498

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



24 12 2013 г.

Серия СИ

№ 013304