



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія Д

№ 002192



СВІДОЦТВО

**про визнання затвердження типу
засобів вимірювальної техніки**

№ UA-MI/3-811-2011

Виданий 19 липня 2011 р.

Це свідоцтво, видане ЗАТ "ЕНЕРГОМЕРА", Російська Федерація, засвідчує, що на підставі "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", підписаного 6 жовтня 1992 р. Держстандартом України, визнано результати державних випробувань і затвердження типу лічильників електричної енергії ЦЭ6803В, проведених Федеральною агенцією з технічного регулювання та метрології Російської Федерації.

Лічильники електричної енергії ЦЭ6803В на підставі рішення Науково-технічної комісії з метрології Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером 12673-06.

Лічильники електричної енергії ЦЭ6803В після ремонту та під час експлуатації підлягають повірці.

Міжповірочний інтервал, установлений під час визнання затвердження типу лічильників, не більше:

- шістнадцяти років (для лічильників виконань ЦЭ6803В 1Т...М, ЦЭ6803В 1Т...Э);
- шести років (для лічильників інших виконань)

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О.В. Пшеничка

